

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.006805/2012-51 **Pregão SRP** 131 / 2012 **Data da Emissão:** 11/05/2012**Abertura: Dia:** 30/05/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ENDOSCÓPIO de visão frontal 0º, autoclavável , 10 mm de diâmetro e 31 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira .	Unidade	14.000,0000	2,00	_____	_____
2	ENDOSCÓPIO de visão foro oblíqua 30º, autoclavável , 10 mm de diâmetro e 31 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira .	Unidade	14.916,3000	2,00	_____	_____
3	ENDOSCÓPIO de visão foro oblíqua 30º, autoclavável , 10 mm de diâmetro e 42 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira .	Unidade	16.500,0000	1,00	_____	_____
4	ENDOSCÓPIO de visão foro oblíqua 30º, autoclavável , 5 mm de diâmetro e 29 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira .	Unidade	13.000,0000	3,00	_____	_____
5	ENDOSCÓPIO de visão foro oblíqua 30º, autoclavável , 2,7 mm de diâmetro e 11cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira .	Unidade	7.000,0000	2,00	_____	_____
6	ENDOSCÓPIO de visão foro oblíqua 30º, autoclavável , grande angular, 4 mm de diâmetro e 18 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira para uso com camisa de engate rápido da Storz.	Unidade	11.000,0000	2,00	_____	_____
7	ENDOSCÓPIO de visão foro oblíqua 30º, autoclavável , 4 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, com transmissão de luz por fibra ótica incorporada, lente distal em safira para uso em camisas de cistoscopia, RTU e uretrotomia Storz.	Unidade	14.000,0000	3,00	_____	_____

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

A. As propostas devem apresentar:

1. O número de Registro na ANVISA ou MS.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>2. Garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação.</p> <p>3. A empresa proponente deve apresentar a Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE)</p> <p>4. Catálogo com especificações técnicas anexado à proposta.</p> <p>B. Quanto a higienização e esterilização:</p> <p>1. Especificar o processo de limpeza adequado ao equipamento (o equipamento deve permitir a limpeza com detergente enzimático)</p> <p>2. O equipamento deve permitir a esterilização em autoclave a vapor.</p> <p>C. Compatibilidade:</p> <p>1. Os endoscópios devem ser compatíveis com os demais acessórios da marca STRZ que já existem no HUSM.</p> <p>D. Acondicionamento;</p> <p>1. Cada endoscópio deve estar acompanhado de container próprio para esterilização à vapor e após ser estocado de forma a prevenir danos também no transporte.</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura